




Wojskowa  
Akademia  
Techniczna



Warszawa, dnia 12.11.2019r.

Nr sprawy: 163/WEL/2019

## WYJAŚNIENIE NR 1

### SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zawiadamia się, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na:

#### „Dostawa aparatury elektrycznej i urządzeń elektronicznych”

##### Pytanie nr 1:

Poz. 2 – Analizator widma

Czy Zamawiający dopuszcza analizator bez interfejsu WiFi? Jest to opcja, która spowoduje wzrost ceny urządzenia.

##### na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie dopuszcza analizatora bez interfejsu WiFi.

##### Pytanie nr 2:

Poz. 5 – Multimetr cyfrowy przenośny

Czy Zamawiający dopuszcza multimetr z pomiarem prądu w zakresie 400µA – 15A, z pomiarem pojemności w zakresie 50nF - 100µF, z akustycznym testem ciągłości o rezystancji progowej ok 85Ω, bez osłony gniazda pomiarowego oraz z pomiarem sygnałów AC w zakresie od 45Hz do 1kHz?

##### na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie dopuszcza multimetra z pomiarem prądu w zakresie 400µA – 15A, z pomiarem pojemności w zakresie 50nF - 100µF, z akustycznym testem ciągłości o rezystancji progowej ok 85Ω, bez osłony gniazda pomiarowego oraz z pomiarem sygnałów AC w zakresie od 45Hz do 1kHz